

CONTRÔLE REFROIDISSEMENT

1 - Paramètres

Date du Contrôle : **23/07/2010 11:06:41** Opérateur : **JP**
 Matériel Contrôlé : **Congélateur PL45-789**
 Nombre d'enregistreurs : **1**
 Intervalle de mesure : **0:01** Unité : **°C**

Remarques : Contrôle de refroidissement rapide en cellule. Surgélation, température à cœur, boeuf en quartier.

2 - Instruments de Mesure Utilisés

	Id. Interne	Id. Unique Constructeur	Position	Remarque	Date Etalonnage	Modèle	Incertitude Retenue
1		0000000EC40949	A CŒUR		28/06/2010	TREL-8	0.5
2							
3							

	Valeurs de Seuil	Date / Heure	Durée / Seuil Précédent	Durée / Départ Cycle
Départ		23/7 11:09:45		
Seuil 1	0	23/7 11:13:45	0:04:00	0:04:00
Seuil 2	-18	23/7 11:19:45	0:06:00	0:10:00
Seuil 3	-30	23/7 12:53:45	1:34:00	1:44:00
Seuil 4				
Seuil 5				
Seuil 6				
Fin		23/7 12:59:45		

